

Zimbra

licitacao@saaeita.mg.gov.br

---

**Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 041/2023 - ITENS 18 E 19**

---

**De :** licitacao@saaeita.mg.gov.br

ter., 26 de set. de 2023 16:21

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 041/2023 - ITENS 18 E 19 3 anexos**Para :** LICITACAOAGUA@idexx.com

Boa tarde,

Segue esclarecimentos, conforme solicitado.

**Serão aceitos itens conforme especificado no edital.**  
**Qualquer item fora das especificações não serão aceitos.**

Att.

Patrícia Rosendo  
Pregoeira

---

**De:** "joao almeida" <joao.almeida@saaeita.mg.gov.br>**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 15:34:13**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 041/2023 - ITENS 18 E 19

Boa tarde,

Serão aceitos itens conforme especificado no edital.  
Qualquer item fora das especificações não serão aceitos.

---

**De:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Para:** "joao.almeida" <joao.almeida@saaeita.mg.gov.br>, "raphael.silva" <raphael.silva@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 15:06:45**Assunto:** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 041/2023 - ITENS 18 E 19

Prezados,

Boa tarde!!

Gentileza responder a solicitação do cliente para o e-mail da licitação.

Att.

Patrícia Rosendo

---

**De:** "LICITACAOAGUA" <LICITACAOAGUA@idexx.com>

**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 15:33:09

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 041/2023 - ITENS 18 E 19

Prezados,

Por gentileza, podem esclarecer a respeito do questionamento abaixo?

Para o item 18: será aceito validade de 8 meses para o produto no momento da entrega do material? Informamos que devido aos trâmites de importação recebemos o material para ser comercializado com 8 (oito) meses de validade.

Para o item 19: Será aceito proposta com o descritivo do material abaixo:

Frasco de tampa rosca, descartável, estéril, com lacre de vedação para garantir a esterilidade, fabricado de acordo com a norma ISO 11137-02.

Composição: poliestireno transparente que garante a ausência de fluorescência sob lâmpada UV e possui reagente de tiosulfato de sódio pulverizado para neutralizar uma amostra de 100ml com até 15mg/l de cloro. Capacidade 120ml com marcação de 100ml possui marcação do lote no frasco para garantir a rastreabilidade.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

**Tamilis Teixeira** | Customer Support, WATER (Brasil)  
IDEXX BR | Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 – 1º andar-Ed. FL Corporate | Itaim Bibi | São Paulo | CEP. 04538-133, BRASIL  
m. +55 113594 0830 | 0800 728 AGUA (2482) | WhatsApp: +55 11 99180 4291| [licitacaoagua@idexx.com](mailto:licitacaoagua@idexx.com) | [www.IDEXX.com.br/agua](http://www.IDEXX.com.br/agua)

**IDEXX**



