

Zimbra

licitacao@saaeita.mg.gov.br

Re: REF. PREGÃO 041/2023

De : raphael silva <raphael.silva@saaeita.mg.gov.br> sex., 29 de set. de 2023 14:10

Assunto : Re: REF. PREGÃO 041/2023

Para : olga vendas <olga.vendas@lioserum.com.br>,
licitacao <licitacao@saaeita.mg.gov.br>

Boa tarde Olga

Certificado nº136450 atende o especificado no edital para o item:

ITEM 9 - SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE 500ML• Solução padrão para calibração de sonda de condutividade elétrica **1410** us/cm +/- 0,5% à 25 °c+/- 0,2 °c. Prazo de validade: 1 ano contado a partir da data de entrega

A disposição,

De: "olga vendas" <olga.vendas@lioserum.com.br>

Para: "raphael silva" <raphael.silva@saaeita.mg.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 13:21:32

Assunto: Re: REF. PREGÃO 041/2023

Boa tarde

Segue anexo Laudo do produto que vamos ofertar , favor verificar se atende

--

Olga Viale

Suporte de Vendas

olga.vendas@lioserum.com.br

Lio Serum Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda
(16)3323-9000

Em 29/09/2023 12:54, raphael.silva@saaeita.mg.gov.br escreveu:

Prezada Sra. Olga saudações e grato pelo contato.

A volumetria especificada é 500 mL , no entanto, o total do volume é de 2L ou 2.000 mL sendo 4 frascos x 500mL conforme edital.

Quanto a concentração, na descrição consta: Solução padrão para calibração de sonda de condutividade elétrica 1410 us/cm +/- 0,5% à 25 °c+/- 0,2 °c, logo, serão aceitos soluções com concentrações dentro de + ou - 0,5% em relação a concentração, isto é, pode ser uma variação de 7,05 us/cm para + ou para menos em relação a concentração especificada, isto é 1410 us/cm.

Fico a disposição e desde já grato.

De: "olga vendas" <olga.vendas@lioserum.com.br>
Para: "raphael silva" <raphael.silva@saaeita.mg.gov.br>
Cc: "apoio ete" <apoio.ete@saaeita.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 11:28:51
Assunto: REF. PREGÃO 041/2023

Bom dia

Referente ao Pregão 041/2023

Questionamos -

ITEM 9 - SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE 500ML• Solução padrão para calibração de sonda de condutividade elétrica **1410** us/cm +/- 0,5% à 25 °c +/- 0,2 °c. Prazo de validade: 1 ano contado a partir da data de entrega

- **O correto é 1410 ou (1413 conforme descrição do pregão anterior)**
- **Quantidade correta 500ml ou litro)**

favor nos informar para darmos continuidade no certame.

Dúvidas, estamos a disposição.

Suporte de Vendas

olga.vendas@lioserum.com.br

Lio Serum Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda
(16)3323-9000